

四川省生态环境厅
关于成都市郫都区中医医院新院区
第二住院大楼新增医用直线加速器应用项目
环境影响报告表的批复

川环审批〔2024〕64号

成都市郫都区中医医院：

你单位《新院区第二住院大楼新增医用直线加速器应用项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设内容和总体要求

本项目拟在成都市郫都区郫筒街道中信大道一段 169 号成都市郫都区中医医院新院区内实施，项目主要建设内容为：拟在第二住院大楼裙楼 1 层西南侧放疗中心新建 1#、2#医用直线加速器机房及配套用房，东侧放射科新建 CT 模拟定位室及配套用房。其中，1#、2#医用直线加速器机房拟各安装使用 1 台医用直线加速器（含 CBCT、IMRT、VMAT 功能），最大 X 射线能量均为 10MV，最大电子线能量均为 15MeV，属于Ⅱ类射线装置，用于肿瘤治疗；CT 模拟定位室拟安装使用 1 台 CT 用于模拟定位，属于Ⅲ类射线装置，用于肿瘤定位。项目总投资 4600 万元，其中环保投资 25.37 万元。

该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的各项环境保护措施建设和运行，可以满足国家生

态环境保护相关法规和标准的要求。我厅原则同意报告表结论。

二、项目建设及运行中应做好的重点工作

（一）施工期间应严格落实噪声等防治措施和固体废物处理措施，加强施工场地环境管理，尽可能减小施工活动造成的环境影响。

（二）严格按照报告表中提出的辐射安全与防护要求，认真落实射线屏蔽、辐射安全联锁系统等措施，确保本项目屏蔽实体满足 X 射线防护要求，辐射安全联锁系统等各项装置实时有效。杜绝因违规操作导致职业人员和公众被误照射等事故发生。

（三）结合本项目情况，应完善本单位辐射安全管理各项规章制度及辐射事故应急预案。

（四）新增辐射工作人员应参加并通过辐射安全与防护考核。严格落实辐射工作人员个人剂量检测，建立个人剂量健康档案。

（五）结合本项目特点和有关要求，认真开展环境辐射监测，并做好有关记录。应按要求编写和提交辐射安全和防护状况年度自查评估报告。

（六）应做好“全国核技术利用辐射安全申报系统”中本单位相关信息的维护管理工作，确保信息实时准确完整。

（七）报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者采取的环境保护措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。

三、项目竣工环境保护验收工作

项目建设应依法严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》开展竣工环境保护验收。

四、申请辐射安全许可证工作

你单位应当按照相关规定向我厅重新申请领取《辐射安全许可证》。

成都市生态环境局要切实履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

你单位应在收到本批复 15 个工作日内将批复后的报告表分送成都市生态环境局、成都市郫都生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

四川省生态环境厅

2024 年 6 月 25 日

信息公开选项：主动公开

抄送：成都市生态环境局，成都市郫都生态环境局，四川省辐射环境
管理监测中心站，信息产业电子第十一设计研究院科技工程股
份有限公司。